

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора
по ресурсобеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г. Соколов
" 22 "  2016 г.

**Техническое задание на проведение
открытого запроса предложений
на поставку диагностического оборудования для филиала «Кольский»
№ 16-497 ИП**

1. Общие требования

Предмет открытого запроса предложений: Диагностическое оборудование для филиала «Кольский»

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2. Требования к выполнению поставки.

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Участник должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Участник должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае участник обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции,

подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем. Рассмотрение и согласование предложенных аналогов продукции происходит только после вскрытия конвертов, в порядке оценки и сопоставления заявок.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.

3. Требования к участникам.

3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания или аналогичной продукции, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.

3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация № 1, 2 на 2 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Ф.И.О. Бакина Валентина Васильевна тел: (812) 901-37-72

Начальник службы производственно-технологической комплектации

О.А. Усенко

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 2110/4.7-2879

Номер по ИП: 16-0428

Наименование по ГКПЗ: Установка поверочная

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184435, Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН 7841312071, КПП 510543001

Адрес доставки: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 70 (семидесяти) дней с момента получения Заявки.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|---|---------|--------|
| 1 | Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного тока УИ300.1 с поверкой. | шт. | 1 |

ИТОГО: 1

Технические и метрологические характеристики в соответствии с описанием типа средства измерений рег. № 35739(устройство УИ 300.1.)

| № п/п | Комплектность | Ед.изм | Кол-во |
|-------|--|--------|--------|
| 1 | 1. Установка УИ 300.1 --1шт. 2. Ведомость ЗИП – 1 экз. 3. Принадлежности и материалы согласно ЗИП – 1 комп. 4. Ведомость эксплуатационных документов – 1 экз. 5. Комплект документов согласно ведомости эксплуатационных документов – 1 комп. 6. Делитель напряжения для градуировки и поверки милливольтметров и микроамперметров. 7. Соединительные провода. | шт. | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-2888

Номер по ИП: 16-0440

Наименование по ГКПЗ: Аппарат испытания масел АИМ

Платательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 407028103090000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения: 198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".

Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184435, Российская Федерация, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН 7841312071, КПП 510543001

Адрес доставки: 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Советская, д.1

Срок поставки: по 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 70 (семидесяти) дней с момента получения Заявки.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|-------|--|---------|--------|
| 1 | Аппарат испытания масла АИМ-90А с поверкой | шт. | 1 |

ИТОГО:

1

Технические характеристики в соответствии с описанием типа средств измерений рег. № 56773-14.

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество |
|-------|---|-----------------|------------|
| 1 | Аппарат «АИМ-90А» | 2АМБ.169.008 | 1 шт. |
| | в том числе: | | |
| | Ячейка измерительная | 6АМБ.539.000-01 | 2 шт. |
| | Перемешиватель магнитный | П-04-13-N | 2 шт. |
| | Кабель сетевой 250 В, 10 А, не менее 4 м, прямой | - | 1 шт. |
| | Провод заземления ППЦ-4,0 мм ² , 5м | 5АМБ.510.004 | 1 шт. |
| 2 | Шаблон-калибр с сертификатом калибровки | 8ДЕ.151.541 | 1 шт. |
| 3 | Ключ гаечный рожковый двухсторонний 10х12 ГОСТ 2839 | - | 2 шт. |
| 4 | Вставка плавкая ВП-2Б-5А | - | 2 шт. |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 2АМБ.169.008 РЭ | 1 шт. |
| 6 | Паспорт | 2АМБ.169.008 ПС | 1 шт. |
| 7 | Методика поверки | 2АМБ.169.008 МП | 1 шт. |